

産婦人科検診台

仕 様 書

沖縄県立北部病院

令和 5 年

1 仕様書概要

本仕様書は、沖縄県立北部病院における、産婦人科検診台の調達に関する内容および履行方法等の細則について定めることを目的とする。受託者は、本業務を実施するにあたっては法令等に定められたことのほか、本仕様書に定める事項を遵守しなければならないものとする。

2 調達物品名および数量

産婦人科検診台

(構成内訳及び数量)

品 名		数 量
産婦人科検診台		1 台
1	本体	1 台
2	器械掛け(クスコ掛け)	1 個
3	専用フットスイッチ	1 個

3 納 期 令和6年3月31日

4 設置場所 沖縄県立北部病院 ※担当者の指示する場所

5 寸 法 (本体) W720mm×D1, 230mm×H1, 330mm 程度

重 量 178 kg程度

6 性能、機能及び技術的要求要件

1. フットスイッチがコードレスであること。
2. フットスイッチの操作ボタンは各機能カラーで色分けされており、立体的な操作ボタンを採用していること。
3. 支脚器の開閉、安静体位ボタン、背の上下、開脚停止を操作できる操作スイッチを本体背板側面に有すること。
4. 受診者の頭を動かさずに腰部のみを挙上させることができること。
5. 検診台が自動で動作するときに音声で案内する音声案内機能を有すること。
6. マットレスは縫い目のないシームレスタイプであること。
7. 安静体位時には、アームレストと支脚器が落下防止の柵となること。
8. 安静体位時には両足に隙間なくフルフラットにできること。
9. 汚水ロータは乗降時には本体内部に完全に収納され、患者に見えない構造であること。
10. 汚水ロータは診察体位時にフットスイッチの操作にて本体内部に出し入れできること。
11. 座面はフラットであること。

12. 乗降時の最低位が 43 センチであること。
13. 回転角度が 0° ～120° まで設定できること。
14. 診察体位を 2 ポジション記憶できること。
15. アームレストは必要に応じてワンタッチで跳ね上げができること。

7 性能、機能以外の要件

搬入・設置条件及び調整等に関すること

1. 物品は、新品出ること。また、保証期間は納入後 1 年とする。この期間内において不可抗力、又は取り扱い不注意による以外で故障が生じた場合は、納入業者において無償修理その他の保証を行うものとする。
2. 機器の搬入・据付及び調整については、本院の職員と協議のうえ、その指示に従うこと。また搬入、据付、調整等の際には近隣性を考慮に入れてほこり等には充分注意をすること。
3. 本調達物品の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、調整等は本調達に含むものとする。その際、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院担当者と協議の上行うこと。

8 サービス体制・保守体制に関すること

1. 納品後 1 年間は無償で定期的に点検、調整を実施すること。
2. 障害時における復旧のため通報を受けてから時間以内に現場で対応できる体制であること。

9 その他

1. 調達機器は調達時点で製品化されていること。
2. 操作マニュアル等は、日本語版で 1 部を提供すること。取扱いの説明に関する教育期間は本院と協議のうえ（日時、場所）実施すること。
3. 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。