

# 質問回答書

質問受付日	令和6年11月12日(火)
質問内容	<ol style="list-style-type: none"><li>1 別紙①要求仕様書5-35 X線TVと接続必要なワークステーションをご教示ください。</li><li>2 別紙①要求仕様書5-35 「RIS接続」とはMWM、MPPSでしょうか。</li><li>3 別紙②-1「要求仕様明細書」1-11 当社製品の仕様書はテーブル上端からFPD端までの距離が9.8cmですが良いでしょうか。</li><li>4 別紙②-1「要求仕様明細書」8-6 フットレスト用ステップとは透視台本体の取り付け位置可変の踏み台でよいでしょうか。</li><li>5 別紙②-1「要求仕様明細書」10-6 画像合成装置は透視録画装置のことでしょうか。</li><li>6 別紙②-1「要求仕様明細書」10-8 専用録画システムは透視録画装置のことでしょうか。</li></ol>
回答	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 接続必要なワークステーションについて 操作卓に設置するRIS用端末 1台 (端末の仕様)core i5 OS:Windows 11 pro ストレージ:256GB SSD メモリ:8G PC本体5年保証</li><li>2. RIS接続について お見込みのとおりです。</li><li>3. FPD端までの距離について 9.8cmで可。</li><li>4. フットレス用ステップについて オプションのフットレスト用ステップ(三共医療社 かさ上げ踏み台)となります。</li><li>5. 画像合成装置について お見込みのとおりです。</li><li>6. 専用録画システムについて お見込みのとおりです。</li></ol>